

ÖRNEK E-POSTER 1:

Son kullanma tarihi geçmiş invazif aletlerin yeniden sterilizasyonu

Yazar(lar)

Kurum(lar)

SORU(N)

Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invazif aletleri yeniden sterilize edip kullanabilir miyiz?

OLAY/OLGU

Kardiyoloji servisinde koroner anjiyoplasti sırasında kullanılacak kateterlerin son kullanma tarihinin geçmesi ve ünite tarafından yeniden sterilizasyonu istemi üzerine sterilizasyon ünitesinin Enfeksiyon Kontrol Komitesi'nden görüş istemesi.

NE YAPILDI?

Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili yasal bir düzenlemesi bulunmadığından Enfeksiyon Kontrol Komitesi'nin bu sorumluluğu almayacağı belirtildi.

YORUM/ÖNERİ/TARTIŞILMASI İSTENEN KONU

Tek kullanımlık aletlerin yeniden kullanılmasını engelleyen yasal bir düzenleme bulunmaktadır. Uzun süre kullanılmadan depolarda bekleyen aletlerde kuruma, nem, ısı vb fiziksel koşullarla ortaya çıkabilecek fonksiyon kayıplarının ölçümünün yapılamayacağı, bu nedenle sterilizasyon yapılamayacağı kanaatine varılmıştır. Ancak maliyet, erişilebilirlik ve ilgili bölümün ısrarı gibi nedenlerle kimi komitelerce ilgili bölüm sorumluluğu aldığı takdirde kullanılabilir kararı alınabilmektedir. Bu konunun tartışılması istenmektedir.