



Hastane Enfeksiyonları

Son Kullanma Tarihi Geçmiş İnvaziv Aletlerin Yeniden Sterilizasyonu

Ömer KARAŞAHİN¹, Murat DİZBAY¹

¹ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invaziv aletleri yeniden sterilize edip kullanabilir miyiz?

Olay/Olgu

Kardiyoloji servisinde koroner anjiyoplasti sırasında kullanılacak kateterlerin son kullanma tarihinin geçmesi ve ünite tarafından yeniden sterilizasyonu istemi üzerine sterilizasyon ünitesinin enfeksiyon kontrol komitesinden görüş istemesi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili yasal bir düzenlemesi bulunmadığından enfeksiyon kontrol komitesinin bu sorumluluğu almayacağı belirtildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Tek kullanımlık aletlerin yeniden kullanılmasını engelleyen yasal bir düzenleme bulunmaktadır. Uzun süre kullanılmadan depolarda bekleyen aletlerde kuruma, nem, ısı vb. fiziksel koşullarla ortaya çıkabilecek fonksiyon kayıplarının ölçümünün yapılamayacağı, bu nedenle sterilizasyon yapılamayacağı kanaatine varılmıştır. Ancak maliyet, erişilebilirlik ve ilgili bölümün ısrarı gibi nedenlerle kimi komitelerce ilgili bölüm sorumluluğu aldığı takdirde kullanılabilir kararı alınabilmektedir. Bu konunun tartışılması istenmektedir.